



# أبريل 2026 منشور سحب

Touchstone Endoscopic linear cutter ,Single Use loading Unit . ( single use loading unit for endoscopic linear cutter ) triple rows	Touchstone intraluminal Stapler for Single Use ) circular -double row)	اسم المستلزم
670/2021/1	510/2021/1	رقم التسجيل
شركة ابواللو تكنولوجي		الشركة مستوردة المستلزم سابقاً
المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير		الشركة مستوردة المستلزم حالياً
وذلك طبقاً لقرار اللجنة العلمية المتخصصة للجراحة العامة وجراحة التجميل بسحب جميع دباسات المستلزم الاول ووقف تداول اي كميات تم استيرادها وعدم السماح بدخول اي شحنات منه، ومع سحب جميع دباسات المستلزم الثاني من السوق ووقف تداول اي كميات تم استيرادها وعدم السماح بدخول اي شحنات جديدة منه لحين تقديم تقرير مأمونية وعرضه على اللجنة للتقييم.		سبب التحذير
وقف تداول و ضبط وتحرير الكميات من المستلزمين المذكورين بقرار اللجنة وتنفيذ ما جاء بقرار اللجنة		الإجراءات التصحيحية
في حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.		نصائح للمستهلكين

**هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام**

في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة او الاتصال على الخط الساخن 15301 او الابلغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة [www.edaegypt.gov.eg](http://www.edaegypt.gov.eg)

f @egyptiandrugauthority

www.edaegypt.gov.eg

15301