



هَيْئَةُ الدَّوَاءِ الْمِصْرِيَّة

سبتمبر 2025

منشور سحب

hypodermic syringe with safety needle 1ml size	اسم المستلزم
2501	رقم التشغيل
01/2025	تاريخ انتاج
12/2029	تاريخ انتهاء
غير مدون	رقم التسجيل
الدولية للمستلزمات الطبية	الشركة المصنعة
وذلك بناءً على ماورد الينا من إدارة التفتيش على مصانع المستلزمات ، حيث افادت بان المستلزم الذي يحمل البيانات الموضحة اعلاه هو مجهول المصدر و غير مدون عليه رقم تسجيل	سبب التحذير
سحب ووقف تداول وتحريم	الإجراءات التصحيحية
في حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.	نصائح للمستهلكين

**هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا
ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام**

في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة او الاتصال على الخط
الساخن 15301 او الابلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.edaegypt.gov.eg

f @egyptiandrugauthority

www.edaegypt.gov.eg

15301

هَيْئَةُ الدَّوَاءِ الْمِصْرِيَّة

