



هَيْئَةُ الدَّوَاءِ الْمِصْرِيَّة

أبريل 2026 منشور سحب

Infusion pump set with Regulator	اسم المستحضر
0925 و 0325	ارقام LOT المدونة على العبوات
كيو للصناعات البلاستيكية	الشركة صاحبة المستلزم
R103433Lrc22V1	رقم التسجيل المدون على العبوات
عدم مطابقة هذه التشغيلات لبيانات اخطار التسجيل الخاصة بالمنتج و عدم مطابقتها للماكيث المعتمد	سبب التحذير
وقف تداول و ضبط وتحريز التشغيلات من المستلزم الصادر لها عدم مطابقة	الإجراءات التصحيحية
في حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.	نصائح للمستهلكين

هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام

في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة او الاتصال على الخط الساخن 15301 او الابلغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.edaegypt.gov.eg

f @egyptiandrugauthority

www.edaegypt.gov.eg

15301